

Bestellbogen

SaebStretch®

Bitte per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

PRO
WALK

Kommission	
Orthopädietechniker/in	Sanitätshaus
Telefon	Telefax
PLZ	

Indikationen

- Leichter bis moderater Tonus und Bewegungseinschränkung/Kontraktur.
- Bei gestreckten Fingern (passiv gehalten) sollte das Handgelenk ohne großen Widerstand zumindest in 0° Stellung gebracht werden können.
- Dieser Test sollte jederzeit möglich sein, d.h. eine therapieunabhängige Situation darstellen.
- Mit der dynamischen Redressions-Lagerungsschiene SaebStretch kann das Handgelenk in unterschiedlichen Winkelstellungen eingestellt werden. 35° Dorsalextension wäre die maximal zu erreichende Position.

Bemaßung

Messen Sie über die Finger zwei bis fünf (wie in der Abb. gezeigt).

Stellen Sie sicher, dass die Finger adduziert sind. Führen Sie dabei das Maßband nicht nach lateral oder medial herunter (lichte Weite ist das erforderliche Maß).

Pädiatrisch XXS: 44 mm – 50 mm Mittel M: 70 mm – 83 mm
 Pädiatrisch XS: 50 mm – 57 mm Groß L: 83 mm – 102 mm
 Klein S: 57 mm – 70 mm

Größen	Artikelnummer	Anzahl	Anzahl
<input type="checkbox"/> Pädiatrisch XXS	SB-STR-N-P-03	links	rechts
<input type="checkbox"/> Pädiatrisch XS	SB-STR-N-P-04	links	rechts
<input type="checkbox"/> Klein S	SB-STR-N-05	links	rechts
<input type="checkbox"/> Mittel M	SB-STR-N-06	links	rechts
<input type="checkbox"/> Groß L	SB-STR-N-07	links	rechts

Wenn Sie unsicher sind, was die Größe betrifft, beurteilen Sie die Gesamtlänge der Orthese (gemessen von der Fingerspitze des Mittelfingers bis Ende der Orthese).

XXS 23 cm / **XS** 25 cm / **S** 29 cm / **M** 33 cm / **L** 36 cm



HMV-Nr. Kinder: 23.07.04.0003
 empf. HMV-Nr. Erwachsene: 23.07.04.0XXX



Datum	Unterschrift	Stempel
-------	--------------	---------