

# Bestellbogen

## ProGo Vitalis\*

Bitte per E-Mail an [bestellungen@prowalk.de](mailto:bestellungen@prowalk.de)

\* **F5** Spiral Carbon Fiber AFO

PRO  
WALK

Kommission	
Orthopädietechniker/-in	Sanitätshaus
Telefon	Kundennummer
Lieferadresse	

### Indikationen

Die ProGo Unterschenkelorthesen werden eingesetzt bei einer Beeinträchtigung des Gehens bei neuro-orthopädischer Schädigung der Fußhebermuskulatur. Verbesserung der Fußfehlstellung durch Rückführung des Fußes in den individuellen physiologischen Bereich und Erhaltung der Mobilität.

Die ProGo Vitalis-Orthese kann bei Nutzern mit einer Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur und noch seitenstabilen Knöchelgelenk eingesetzt werden. Ein geringgradige Plantarflexion ist konstruktionsbedingt und über die federnde Materialeigenschaft des Faserverbundwerkstoffes möglich.

Bei einem seiteninstabilen Knöchelgelenk kommt die ProGo Invictum zum Einsatz.

### Größen und Bemaßung (Patientengewicht bis 130 kg)

Schuhgrößen	Artikelnummer	Anzahl	Anzahl
<input type="checkbox"/> <b>XS</b> 33 - 36,5	AFO-F5-LAT-XS-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> <b>S</b> 36 - 39	AFO-F5-LAT-S-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> <b>M</b> 38 - 41,5	AFO-F5-LAT-M-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> <b>L</b> 41 - 45,5	AFO-F5-LAT-L-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____
<input type="checkbox"/> <b>XL</b> 43 - 48	AFO-F5-LAT-XL-L/R	<input type="checkbox"/> links _____	<input type="checkbox"/> rechts _____

**Magnetverschluss**    **Klettverschluss\***

Schuh - größe	Fußplatten- länge in cm	Orthesen- höhe in cm
<b>XS</b>	20,3 - 22,5	30,5
<b>S</b>	22,2 - 24,4	33
<b>M</b>	24,1 - 26,6	35,6
<b>L</b>	25,9 - 28,5	38,1
<b>XL</b>	27,5 - 30,5	40,6

**Hinweis:** Die Schuhgrößen dienen der Orientierung. Für eine größere Genauigkeit, richten Sie sich bitte nach den Fußplattenlängen.

Die Fußplattenlänge ist innerhalb der angegebenen Werte variabel kürzbar. Zur korrekten Größenauswahl berücksichtigen Sie bitte die Orthesehöhe.



HMV-Nr.: 23.03.02.6042

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH

Stempel: